



广微测
Gmicro Testing



201819000883



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747



推荐实验室

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号

Report №.

2020FM25178R01

样品名称

Name of Sample

锌抗菌纤维

委托单位

Applicant

中船重工（沈阳）抗微生物科技有限公司

检测类型

Test Type

委托检测

单位地址：广州市先烈中路 100 号大院 66 号楼

Address: Building 66, No.100 Central Xian Lie Road, Guangzhou, China

邮政编码：510070

Postcode:

电话号码：(020)87137666

Tel:

传真号码：(020)87137668

Fax:

网 址：www.gddcm.com

Website:



广 微 测
Gmicro Testing



201819000883



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747



推荐实验室

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS



报告编号 (Report No.) 2020FM25178R01 校验码 (Verification Code): 83692105

样品名称 Name of Sample	锌抗菌纤维	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	中船重工 (沈阳) 抗微生物科技 有限公司	地 址 Address	辽宁省沈阳市和平区十三纬路 23-5 号
样品来源 Sample Source	委托方送检	样品数量 Sample Quantity	8cm*60cm
样品规格和批号 Spec and Lot No of Sample	—	样品状态和特性 State and Characteristic	片状
接样日期 Sample Received Date	2020-08-31	检测完成日期 Completion Date	2020-09-15
检测依据和方法 Test Standard and Method	GB/T 20944.3-2008 振荡法		
检测项目 Item Tested	抗 (抑) 菌试验		
检测结论 Test Conclusion	送检样品所检项目的实测数据见本检测报告续页。 签发日期: 2020-09-17 Issue Date:  机构盖章 Official Seal 检验检测专用章		
备注 Remarks			

制 表: 吴秋茹
Editor

审 核: 李素娟
Verifier

批 准: 林保
Approver



广 微 测
Gmicro Testing



201819000883



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747



推荐实验室

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分 析 检 测 结 果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report No.): 2020FM25178R01

测试结果如下:

测 试 微 生 物	标准空白试样 “0”接触时间 的活菌浓度 (cfu/mL)	标准空白试样 振荡 18h 后 的活菌浓度 (cfu/mL)	抗菌织物试样 振荡 18h 后 的活菌浓度 (cfu/mL)	抑菌率 (%)	标准要求 (%)
白色念珠菌 (<i>Candida albicans</i>) ATCC 10231	1.8×10^4	1.6×10^6	1.0×10^4	99	≥ 60

(以下空白)

分析

则专用



广 微 测
Gmicro Testing



201819000883



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747



推荐实验室

报告编号 (Report No.): 2020FM25178R01

注意事项 Notice Items

1. 检测报告无本单位检验检测专用章、骑缝章无效。

The Test report is invalid if not affixed with Authorized Stamp of Test and Paging Seal.

2. 检测报告无审核人、批准人签字无效。

The Test report is invalid without signature of verifier and approver.

3. 检测报告涂改增删无效。

The Test report is invalid if being supplemented, deleted or altered.

4. 未经本单位书面同意, 不得部分复制 (全部复制除外) 本检测报告。

Without prior written permission, the report cannot be reproduced, except in full.

5. 除非另有说明, 本报告检验结果仅对来样负责。

Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) submitted.

6. 对检测报告有异议的, 应于收到报告之日起十五日内提出, 逾期不予受理。

Any dispute of the report must be raised to the testing body within 15 days after the report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.

7. 对送检样品, 样品信息由委托方提供, 本单位不对其真实性负责。

For the tested sample(s) submitted by the applicant, the sample information in the test report is provided by the applicant and the laboratory is not responsible for its authenticity.

